



MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

ALERTA DIGEMID N° 090 - 2026

COMERCIALIZACIÓN ILEGAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS POR ESTABLECIMIENTO NO AUTORIZADO

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud comunica a los profesionales de la salud, a los establecimientos farmacéuticos, al público en general y a las instituciones responsables del suministro de productos farmacéuticos en los sectores público y privado lo siguiente:

Esta dirección general recibió una comunicación de la empresa **J&J Productos Médicos y Farmacéuticos del Perú S.A.**, en la cual manifiesta que la empresa **DISTEMED S.A.C.** RUC 20613258281 (ubicada en el jirón Cañete N° 469, urbanización Unión, Lima) habría comercializado dispositivos médicos de su marca sin contar con las autorizaciones correspondientes. Por tanto, la presente alerta se emite basándose estrictamente en la condición de riesgo sanitario de los dispositivos médicos descritos a continuación:

- **Dispositivo médico SURGICEL ORIGINAL (código 1952S, lote 10716A, fecha de vencimiento 2029-12-31):** se determinó que fue fabricado exclusivamente para su distribución en los Estados Unidos de América y no fue distribuido ni comercializado por ningún afiliado autorizado para el Perú.
- **Dispositivo médico LIGACLIP EXTRA TITANIUM CLIPS (código LT300, lote N4LF32, fecha de vencimiento 01/11/2028):** se constató que no es un producto original, ya que presenta errores tipográficos, su código de barras QR es ilegible y la fecha de vencimiento real registrada por el fabricante es el 2021-03-31 (ver anexo).

Adicionalmente, se advierte que **DISTEMED S.A.C. no cuenta con autorización sanitaria de funcionamiento** ante la Digemid para realizar actividades de importación, almacenamiento o comercialización de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios. Por este motivo, cualquier producto estéril distribuido por esta empresa representa un riesgo grave para la salud, al desconocerse su procedencia legítima y sus condiciones de conservación.

La Digemid, recomienda a los profesionales de la salud, pacientes y población en general:

- No adquirir ni utilizar productos farmacéuticos o dispositivos médicos sin registro sanitario, ni aquellos que provengan de establecimientos no autorizados, ya que podrían corresponder a productos fraudulentos o falsificados que ponen en riesgo la vida.
- Tener en cuenta que muchos de estos productos ilegales se comercializan en lugares no autorizados como ferias, redes sociales o páginas web, y son distribuidos mediante servicios de mensajería nacional e internacional.

La Digemid hace un llamado a la población en general que siempre verifique en los envases el número de registro sanitario, la fecha de vencimiento antes de adquirir o usar estos productos, a través del link de la página web: <https://www.digemid.minsa.gob.pe/rsDispositivos/>

Existiendo la posibilidad de que este producto con las observaciones sanitarias mencionadas haya sido adquirido o esté en posesión de los pacientes, se recomienda abstenerse de utilizarlos. La Digemid realiza la presente comunicación a fin de salvaguardar la salud de la población y evitar problemas que se puedan derivar de su utilización.

Asimismo, las personas podrán verificar si la empresa que comercializa productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios se encuentra registrada en la Digemid, realizarlo en el siguiente link: <https://serviciosweb-digemid.minsa.gob.pe/Consultas/Establecimientos>

Lima, 12 de agosto de 2026



MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

Anexo:

Fotografía productos dispositivos médicos ilegales

SURGICEL ORIGINAL



LIGACLIP EXTRA TITANIUM CLIPS

