



MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

ALERTA DIGEMID N° 099 - 2026

DISPOSITIVO MÉDICO FALSIFICADO INCAUTADO EN ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud, comunica a los profesionales de la salud, instituciones, establecimientos farmacéuticos y no farmacéuticos del sector público y privado, y al público en general lo siguiente:

Como resultado de las acciones de control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios a nivel nacional, se ha identificado un establecimiento donde se almacenaba y distribuía el siguiente dispositivo médico falsificado:

DATOS DEL DISPOSITIVO MEDICO FALSIFICADO		FECHA DE VENCIMIENTO	DIRECCIÓN DE INCAUTACIÓN/INTERVENCIÓN		DEPARTAMENTO
NOMBRE	LOTE		FABRICANTE/ PAIS		
MANDIL descartable con protector de plástico en pecho y mangas estéril descartable talla M	M-211095EM	11/2030	Biosafe Industries S.A.C. / Perú	Producto incautado por la Dirección de Fiscalización, Control y Vigilancia Sanitaria de la Dirección Regional de Salud de Cajamarca dentro de las acciones de control y vigilancia realizadas en el distrito y provincia de Cajamarca.	CAJAMARCA

(Se anexa fotografías)

Debido al riesgo al que está expuesta la población por la comercialización de este producto falsificado¹ se recomienda verificar antes de su compra el número de lote de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Asimismo, abstenerse de adquirir o utilizar productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, en los que se sospeche contaminación, alteración, falsificación, adulteración o sean comercializados sin registro sanitario. Cualquier consulta comunicarse al teléfono (01) 631-4300 anexos 6201, 6210 y 6011.

Lima, 17 de agosto de 2026

¹ En base al Artículo 2 de la Ley N° 29675, Ley que modifica diversos artículos del Código Penal sobre delitos contra la salud pública, que incorpora el Artículo 294-A al Código Penal se aplicará lo siguiente: "El que falsifica, contamina o adultera productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios, o altera su fecha de vencimiento, será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor de cuatro ni mayor de diez años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa. El que, a sabiendas, importa, comercializa, almacena, transporta o distribuye en las condiciones antes mencionadas productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios, será reprimido con la misma pena"

Anexo:

ROTULADO ORIGINAL

- El lote del producto original **M-2110095EM** tiene **10 dígitos**.
- El rotulado inmediato del producto original esta de acuerdo a lo autorizado **"MANDIL QUIRÚRGICO CON REFUERZO EN PECHO Y MANGAS ESTÉRIL DESCARTABLE TALLA M"**.

ROTULADO FALSIFICADO

- El lote del producto original **M-211095EM** tiene **9 dígitos**.
- El rotulado inmediato del producto falsificado difiere del original **"MANDIL DESCARTABLE CON PROTECTOR DE PLASTICO EN PECHO Y MANGAS ESTÉRIL DESCARTABLE TALLA M"**.

BIOSAFE

MANDIL QUIRÚRGICO CON REFUERZO EN PECHO Y MANGAS ESTÉRIL DESCARTABLE TALLA M

■ **USO PREVISTO:**
El mandil quirúrgico con refuerzo en pecho y mangas ofrece una barrera protectora al profesional de la salud y paciente durante el procedimiento; evitando la contaminación cruzada.

■ **INSTRUCCIONES DE USO:**
-Lavar las manos antes de abrir el Producto.
-Evitar exponer el producto mas de 1 h luego de retirar el empaque.

■ **ADVERTENCIA:**
Estéril mientras el empaque se encuentra sellado.

■ **FABRICADO POR:**
Biosafe Industries SAC
RUC:20606080949
Calle San Andres 224 Urb. Santa Martha
Ate. Lima - Perú

Código : VM-070
Color : Azul
R.S.N° : DM0684N

Contenido :
Caja x 60 Unidades

Cuidemos nuestro planeta.
Biosafe una instalación libre de carbono.

LOT: M-2110095EM
11-2025
11-2030

"Estado Peruano, prohibida su venta Hospital Regional Docente de Cajamarca"

ESTÉRIL

BIOSAFE

MANDIL DESCARTABLE CON PROTECTOR DE PLASTICO EN PECHO Y MANGAS ESTÉRIL DESCARTABLE TALLA M

■ **USO PREVISTO:**
El Mandil Bota quirúrgico estéril descartable ofrece una barrera protectora al personal de la salud y paciente durante el procedimiento evitando la contaminación cruzada.

■ **INSTRUCCIONES DE USO:**
-Lavar las manos antes de abrir el producto.
-Evitar Exponer el producto mas de 1 h luego de retirar el empaque.

■ **ADVERTENCIA:**
Estéril mientras el empaque se encuentra sellado.

■ **FABRICADO POR:**
Biosafe Industries SAC.
RUC 20606080949
Calle San Andres 224 Urb. Santa Martha
Ate. Lima - Perú.

Código : SAQ
Color : Azul Médico
Material : SMS
R.S.N° : DM0684N

Cuidemos nuestro planeta.
Biosafe una instalación libre de carbono.

LOT: M-211095EM
11-2025
11-2030

CONTENIDO:
01 UNIDAD

- Almacenar a T° ambiente entre 15°C a 30°C

ESTÉRIL

ESTADO PERUANO, PROHIBIDA SU VENTA
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE CAJAMARCA